

新医学系指针对应「情報公開文書」フォーム

単施設研究用

※黒字 定型事項 消さないで下さい。

以下、本文-----

全自動尿中有形成分分析装置 UF-1500 における尿採取方法による尿 RBC 偽陽性  
のに関する研究

1. 研究の対象

2025 年 1 月～2030 年 12 月に当院で尿検査を受けられた方

2. 研究目的・方法・研究期間

当センターで全自動尿中有形成分分析装置 UF-1500 (Sysmex 社) ではフローサイトメトリー法による尿沈渣検査(以下自動尿沈査)が可能であり、尿検査の自動化・合理化に寄与しているが尿採取方法により定性検査と沈査結果に乖離があることがある。今回当センターで尿検査を破棄予定の残検体を使用して採取方法(スポンジ、カット綿、医療用不織布、医療用滅菌ガーゼなどにしみこませる)により定性と沈査検査を比較する。倫理委員会承認日～2030/3/1

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報：尿検査結果

試料：尿

4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

あいち小児保健医療総合センター

部署名 腎臓科 研究責任者 田中一樹

〒474-8710 愛知県大府市森岡町七丁目 426 番地

電話 0562-43-0500 (代表) FAX 0562-43-0513

公開日 20 年 月 日

-----以上